


# diamet®



## diamet® optima

### Kontrolllösung

Zur Überprüfung des Blutzucker-Messsystems diamet® optima

Zur Eigenanwendung geeignet.

**PZN:** 03656505

### Packungsinhalt:

2 Level Kontrolllösung je 4 ml  
In-vitro-Diagnostikum zur Eigenanwendung  
Gebrauchsanleitung

### Chemische Zusammensetzung:

Aktiver Bestandteil: D-Glukose 0,03 % - 0,30 %  
Inaktiver Bestandteil: > 99,7 %

diamet® Blutzucker-Kontrolllösung ist kompatibel mit den diamet® optima und diamet® balance Blutzucker-Messsystemen.

Mit der Kontrolllösung können sie überprüfen, ob das Gerät mit den Teststreifen richtig zusammenarbeitet. Eine Überprüfung mit Kontrolllösung ist wichtig und sollte routinemäßig durchgeführt werden, um genaue Funktion des Systems sicher zu stellen.

### Hinweis:

Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Anleitung