

Flocare® Bolus Adapter Cross Spike

Der Flocare® Bolus Adapter Cross Spike dient zur Bolus-Entnahme von Nahrung aus den Nutricia Packs mit einer ENFit Spritze.

Produktmerkmale

- zur Bolus-Entnahme von Nahrung aus Nutricia SmartPacks und Packs mit einer ENFit Spritze
- mit kreuzförmigem Anschluss für Nahrungsbehältnisse mit ENPlus (kreuzförmige Anschlussöffnung)
- mit ENFit Konnektor -> inkompatibel mit Katheter-Spritze
- Integrierte Verschlusskappe



Verordnungsfähigkeit

erstattungsfähig

Anwendungshinweise

Max. 24 Stunden verwendbar.

Flocare® Bolus Adapter Cross Spike

Bestellinformationen

Artikelname	EAN/GTIN	PZN	SKU/SAP Nummer	VPE
Flocare® Bolus Adapter Cross Spike	8056093721799	11290047	190390	30 St.