

# ONE TOUCH ULTRA PLUS

## ONE TOUCH Ultra Plus Teststreifen

PZN: 13754775

Inhalt: 1X50 St

Hersteller: LifeScan Deutschland GmbH

### Zweckbestimmung

Für die quantitative Messeung der Glukose (Zucker) in frischem Kapillarvollblut aus der Fingerbeere.

### Zusammensetzung

Glukose-Dehydrogenase-Flavinadenindinukleotid oder FAD-GDH (aus *Aspergillus* sp.), Kaliumferrocyanid, weitere Inhaltsstoffe (Puffer usw.). Das Teststreifenröhrchen enthält ein Trockenmittel.