

GLUCOMEN AREO GK SET MMOL

GLUCOMEN areo GK Blutzucker- u.β-Keton Set mmol/l

PZN: 17283278

Inhalt: 1 St

Hersteller: Berlin-Chemie AG

Zusammensetzung

GlucoMen areo Teststreifen Reagenzzusammensetzung von GlucoMen areo Teststreifen (pro cm²):
Glucoseoxidase (aus *Aspergillus niger*): 3,5% Vermittlerstoff: Hexacyanoferrat-(III)-Ion: 17,5% Nicht-reaktive Substanzen: 79% Stand: 10-2021 GlucoMen areo β-Ketone Teststreifen Reagenzzusammensetzung von GlucoMen areo β-Ketone Teststreifen (pro cm²) D-3-Hydroxybutyrat-Dehydrogenase (aus *Pseudomonas* sp.): 1,5% w/w Coenzym (NAD⁺): 0,7% w/w Redox-Vermittler: 1,10-Phenanthrolin-5,6-dion, 20% w/w Nicht-reaktive Substanzen: 77,8% w/w Stand: 12-2022