

ONE TOUCH ULTRA PLUS TESTS

ONE TOUCH Ultra Plus Teststreifen

PZN: 19375599

Inhalt: 50 St

Hersteller: Diaprx GmbH

Zweckbestimmung

Die OneTouch Ultra Plus Teststreifen werden zusammen mit den OneTouch Ultra Plus Blutzuckerüberwachungsmesssystemen (OneTouch Ultra Plus Flex, One Touch Ultra Plus Reflect) für die quantitative Messung der Glukose (Zucker) in frischem Kapillarvollblut aus der Fingerbeere verwendet.

Zusammensetzung

Jeder Teststreifen enthält: Glukose-Dehydrogenase-Flavinadenindinukleotid oder FAD-GDH (aus *Aspergillus sp.*): 0,459 - 0,628 U Kaliumferrocyanid: 33,13 - 37,13 µg und weitere Inhaltsstoffe (Puffer usw.). Das Teststreifenröhrchen enthält ein Trockenmittel.