Do not use if package is damaged / Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé / Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden / No utilizar si el envase está dañado / Não utilizar se a embalagem estiver danificada / Non utilizzare se la confezione è danneggiata / Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is / Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget / Må ikke brukes hvis pakningen er skadet / Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut / Använd inte om förpackningen är skadad / Да не се използва, ако опаковката е повредена / Nepoužívejte, pokud je obal poškozený / Nemojte upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno / Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud / Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά / Ne használja, ha a csomagolás sérült / Nelietot, ja iepakojums ir bojāts / Jei pakuotė pažeista, nenaudoti / Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone / A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat / Nepoužívajte, ak je balenie poškodené / Ne uporabljajte, če je ovojnina poškodovana

Green Dot / Point vert / Grüner Punkt / Punto Verde / Ponto Verde / Punto verde / Groene punt / Det grønne punkt / Grønt punkt / Vihreä piste / Den gröna punkten / Знак „зелена точка“ / Zelený bod / Zelena točka / Roheline täpp / Πράσινη βούλα / Zöld pont / Zaļais punkts / Žaliasis taškas / Zielony punkt / Punct verde / Zelený bod / Zelena točka

Smith & Nephew Medical Limited,
101 Hessle Road, Hull HU3 2BN England
®Trade Marks of Smith+Nephew. ©Smith+Nephew 2024
Printed in / Imprimé en: Canada'
Date of issue 03/2024. Revision 01
www.smith-nephew.com
This product may be covered by one or more US Patents
www.smith-nephew.com/patents

CE 2797

Smith & Nephew Operations B.V.
Bloemlaan 2, 2132 NP Hoofddorp, Netherlands

STERILE R · IFU.SMITH-NEPHEW.COM · 25°C/77°F · MD · UDI

41174 R66045000_Rev0

LT

Smith+Nephew

# CUTICERIN◊

Mažai limpantis tulle gras tvarstis

**Aprašas**
Tvarsčiai „CUTICERIN® “ yra gaminami iš lygaus acetato audinio su plonu tinkleliu ir vandeniui atsparia tepalo danga.

**Veikimo būdas**
Tvarsčiai „CUTICERIN“ veikia kaip su žaizda besiliečiantis sluoksnis tarp žaizdos ir antrinio tvarsčio. Reto audimo struktūra leidžia eksudatui praeiti į sugeriamąjį antrinį tvarstį, pvz., „MELOLIN®“. Tvarsčiai yra padengti mažai limpančiu tepalu, kad kuo mažiau skaudėtų keičiant ir nuimant tvarstį.

**Indikacijos**
Tokioms paviršinėms eksuduojančioms žaizdoms tvarkyti:
• Nudegimai
• Spinduliuotės sužalojimai
• Nubrozdinimai
• Dalies odos storio transplantatų donorinės vietos.

**Kontraindikacijos**
Nenaudokite pacientams, kurie yra alergiški bet kuriam iš komponentų:
• Petrolatumas
• Parafinas
• Vilnos vaško alkoholis.

**Atsargumo priemonės**
Nedelsdami kreipkitės į gydytoją dėl visų sunkių žaizdų ir nudegimų arba jeigu atsiranda paraudimas ar diskomfortas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją patarimo dėl žaizdos sunkumo.
Jeigu atsiranda jautrumo arba sudirginimo požymių, nustokite naudoti ir kreipkitės į gydytoją.
Tvarsčiai „CUTICERIN“ yra gaminiai, skirti naudoti tik vieną kartą.
Priemonės negalima naudoti pakartotinai. Gali atsirasti kryžminis užteršimas ir gydymas gali būti neveiksmingas. Atidarant tvarsčio maišelį pažeidžiamas sterilus barjeras, todėl bet kokio nepanaudoto tvarsčio negalima laikyti vėlesniam naudojimui.
Saugokite, kad nepatektų į akis, nes gali sudirginti.
Gaisro pavojus: nerūkykite ar nesiartinkite prie atviros ugnies; drabužiai ir patalynė, prie kurių pridžiūvęs šis gaminys, gali lengvai užsiliepsnoti.
Tvarsčiai „CUTICERIN“ yra skirti naudoti sveikatos priežiūros specialistams arba jų prižiūrimiems pacientams.
Kai reikia, sveikatos priežiūros specialistai turi tinkamai patarti pacientams kaip uždėti, stebėti, nuimti ir pašalinti tvarstį kaip paaiškinta šiame lapelyje.

**Naudojimo nurodymai**
1. Išvalykite žaizdą pagal vietinius klinikinius protokolus.
2. Pasirinkite tinkamo dydžio tvarstį ir atpleškite maišelį.
3. Naudodamiesi pirštinėmis ir žnyplėmis uždėkite ant žaizdos vieną sluoksnį, kad tiesiogiai liestųsi prie žaizdos paviršiaus.
4. Jeigu reikia, uždėkite antrinį sugeriamąjį tvarstį ir pritvirtinkite jį tvarsčio fiksavimo pleistru arba tvarsčio fiksavimo lapu.

**Tvarsčio nuėmimas**
Tvarsčio keitimo dažnis priklauso nuo klinikinių aplinkybių ir gali būti nuo dažniau nei kartą per dieną iki ne daugiau kaip kartą per 3 dienas, tačiau tvarstį privaloma nuimti, jeigu jis pradeda džiūti. Jeigu tvarstis prilimpa, jį išmirkykite steriliu fiziologiniu tirpalu ir atsargiai nuimkite. Jeigu antrinį tvarstį reikia pakeisti, tvarstį „CUTICERIN“ galima palikti vietoje, jeigu jis vis dar drėgnas. Nuimdami arba keisdami įsitikinkite, kad visa tvarsčio medžiaga pašalinta iš žaizdos.
Tinkamai patarkite pacientams, kaip išėjus iš ligoninės stebėti tvarstį ir kada kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą.
Šalinkite pagal vietinius klinikinius protokolus arba po naudojimo higieniškai išmeskite.
Jeigu manote, kad naudojant šią priemonę įvyko rimtas incidentas, praneškite apie tai gamintojui ir savo kompetentingai institucijai.
complaints@smith-nephew.com

**Gaminio prieinamumas**

| Kodas | Dydis | Prieinamumas |
|---|---|---|
| 66045560 | 7,5 cm x 7,5 cm | 50 vnt. dėžutė |
| 66045561 | 7,5 cm x 20 cm | 50 vnt. dėžutė |
| 66045562 | 7,5 cm x 7,5 cm | 10 vnt. dėžutė |
| 66045563 | 7,5 cm x 20 cm | 10 vnt. dėžutė |
| 66045564 | 10 cm x 10 cm | 10 vnt. dėžutė |
| 66045502 | 20 cm x 40 cm | 25 vnt. dėžutė |
| 66045503 | 7,5 cm x 20 cm | 25 x 3 vnt. dėžutė |

◊„Smith+Nephew“ prekės ženklai
Išleidimo data 03/2024. Redakcija 01
Šiam gaminiui gali būti taikomas vienas ar keli JAV patentai
www.smith-nephew.com/patents

**GAISRO PAVOJUS**
Nerūkykite ar nesiartinkite prie atviros ugnies; drabužiai ir patalynė, prie kurių pridžiūvęs šis gaminys, gali lengvai užsiliepsnoti.

PL

Smith+Nephew

# CUTICERIN◊

Opatrunek Tulle Gras o niskiej przywieralności

**Opis**
Opatrunki CUTICERIN® są wykonane z gładkiej tkaniny z octanu, pokrytej cienką siatką i wodoodporną powłoką maściową.

**Sposób działania**
Opatrunki CUTICERIN działają jak warstwa stykająca się z raną między raną a opatrunkiem wtórnym. Struktura otwartego splotu umożliwia przedostawanie się wysięku do chłonnego opatrunku wtórnego, np. MELOLIN®. Opatrunki są pokryte maścią o niskiej przywieralności, aby zminimalizować ból podczas zmiany i usuwania opatrunku.

**Wskazania**
Postępowanie w przypadku ran z wysiękiem powierzchownym, takich jak:
• Oparzenia
• Obrażenia popromienne
• Otarcia
• Miejsca pobrania przeszczepu skóry podzielonej grubości

**Przeciwwskazania**
Nie używać u pacjentów ze znanym uczuleniem na którykolwiek ze składników:
• Wazelina
• Parafina
• Alkohol z wosku wełnianego

**Środki ostrożności**
Należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza w przypadku wszystkich poważnych ran i oparzeń lub w przypadku wystąpienia zaczerwienienia lub dyskomfortu. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza w zakresie stopnia ciężkości rany.
Jeśli pojawią się oznaki podrażnienia lub nadwrażliwości, należy przerwać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza.
Opatrunki CUTICERIN są produktem wyłącznie do jednorazowego użycia. Wyrobu nie należy ponownie używać. Może dojść do zakażenia krzyżowego, przez co leczenie może być nieskuteczne. Otwarcie woreczka opatrunku powoduje naruszenie bariery jałowej, dlatego nie należy pozostawiać niezużytego opatrunku do późniejszego użycia.
Unikać kontaktu z oczami, ponieważ może dojść do podrażnienia.
Zagrożenie pożarowe: Nie wolno palić tytoniu ani zbliżać się do otwartego ognia; odzież i pościel z zaschniętym produktem mogą się łatwo zapalić.
Opatrunki CUTICERIN są przeznaczone do stosowania przez pracownika służby zdrowia oraz przez pacjentów pod nadzorem pracownika służby zdrowia.
W razie potrzeby pracownicy służby zdrowia powinni udzielić pacjentom odpowiednich porad dotyczących zakładania, kontrolowania, usuwania i wyrzucania opatrunku, zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

**Instrukcja używania**
1. Oczyścić ranę zgodnie z lokalnym protokołem klinicznym.
2. Wybrać opatrunek w odpowiednim rozmiarze i otworzyć woreczek.
3. Korzystając z rękawiczek i kleszczyków, nałożyć opatrunek na ranę w jednej warstwie w bezpośrednim kontakcie z powierzchnią rany.
4. Nałożyć chłonny opatrunek wtórny, jeśli jest konieczny, i zabezpieczyć go na miejscu bandażem do utrzymywania opatrunku bądź arkuszem do mocowania opatrunku.

**Usuwanie opatrunku**
Częstotliwość zmiany opatrunku zależy od warunków klinicznych i może wynosić od więcej niż jeden raz na dzień do maksymalnie 3 dni, jednakże opatrunek musi zostać usunięty w momencie, kiedy zacznie wysychać. W przypadku przylgnięcia opatrunku należy go nasączyć roztworem sterylnej soli fizjologicznej i delikatnie usunąć. W przypadku konieczności zmiany opatrunku wtórnego opatrunki CUTICERIN można pozostawić na miejscu, o ile są nadal wilgotne. Podczas usuwania lub zmieniania należy się upewnić, że cały materiał opatrunku został usunięty z rany. Podczas wypisu należy udzielić pacjentom odpowiednich porad dotyczących kontrolowania opatrunku oraz tego, kiedy należy skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia.
Po użyciu zutylizować zgodnie z lokalnymi protokołami klinicznymi lub wyrzucić w sposób higieniczny.
Jeśli podczas używania wyrobu dojdzie do poważnego incydentu, należy zgłosić to producentowi i właściwemu organowi.
complaints@smith-nephew.com

**Dostępność produktu**

| Kod | Rozmiar | Dostępność |
|---|---|---|
| 66045560 | 7,5 cm x 7,5 cm | Kartonik zawiera 50 sztuk |
| 66045561 | 7,5 cm x 20 cm | Kartonik zawiera 50 sztuk |
| 66045562 | 7,5 cm x 7,5 cm | Kartonik zawiera 10 sztuk |
| 66045563 | 7,5 cm x 20 cm | Kartonik zawiera 10 sztuk |
| 66045564 | 10 cm x 10 cm | Kartonik zawiera 10 sztuk |
| 66045502 | 20 cm x 40 cm | Kartonik zawiera 25 sztuk |
| 66045503 | 7,5 cm x 20 cm | Kartonik zawiera 25 x 3 sztuki |

◊Znaki towarowe firmy Smith+Nephew
Data wydania 03/2024. Rewizja 01
Ten produkt może być chroniony co najmniej jednym patentem amerykańskim. www.smith-nephew.com/patents

**ZAGROŻENIE POŻAROWE**
Nie wolno palić tytoniu ani zbliżać się do otwartego ognia; odzież i pościel z zaschniętym produktem mogą się łatwo zapalić

RO

Smith+Nephew

# CUTICERIN◊

Pansament de tip tulle gras slab aderent

**Descriere**
Pansamentele CUTICERIN® sunt fabricate dintr-un material acetat neted, dintr-o plasă fină, cu un strat de acoperire cu unguent impermeabil la apă.

**Mod de funcționare**
Pansamentele CUTICERIN acționează ca un strat de contact cu plaga între plagă și un pansament secundar. Structura de țesătură deschisă permite trecerea exsudatului într-un pansament secundar absorbant, de exemplu MELOLIN®. Pansamentele sunt acoperite cu unguent slab aderent pentru a reduce la minimum durerea în timpul schimbării și îndepărtării pansamentului.

**Indicații**
Gestionarea plăgilor exsudative superficiale, cum ar fi:
• Arsuri
• Leziuni cauzate de radiații
• Abraziuni
• Locațiile prelevării grefei de piele cu grosime parțială.

**Contraindicații**
A nu se utiliza la pacienți cu alergii cunoscute la oricare dintre componente:
• Vaselină
• Parafină
• Lanolină.

**Precauții**
Solicitați imediat sfatul medicului pentru toate plăgile și arsurile grave sau dacă apare roșeață sau disconfort. Dacă aveți îndoieli, consultați un medic cu privire la severitatea plăgii.
Dacă apar semne de sensibilitate sau iritare, întrerupeți utilizarea și solicitați sfatul medicului.
Pansamentele CUTICERIN sunt un produs de unică folosință. Dispozitivul nu trebuie reutilizat. Poate apărea contaminarea încrucișată, iar terapia poate fi ineficientă. Deschiderea ambalajului pansamentului compromite bariera sterilă și, prin urmare, se recomandă ca orice pansament neutilizat să nu fie păstrat pentru o aplicare ulterioară.
Evitați contactul cu ochii, deoarece poate provoca iritație.
Pericol de incendiu: Nu fumați și nu stați în apropierea flăcărilor deschise. Dacă acest produs se află în stare uscată pe haine și lenjerie de pat, acestea se pot aprinde cu ușurință.
Pansamentele CUTICERIN sunt destinate utilizării de către profesioniști din domeniul sănătății sau de către pacienți sub îndrumarea unui profesionist din domeniul sănătății.
Atunci când este necesar, profesioniștii din domeniul sănătății trebuie să ofere recomandări adecvate pacienților privind modul de aplicare, monitorizare, îndepărtare și eliminare a pansamentului, astfel cum este detaliat în acest document.

**Instrucțiuni de utilizare**
1. Curățați plaga conform protocoalelor clinice locale.
2. Selectați pansamentul de dimensiunea corectă și deschideți punga prin dezlipire.
3. Utilizând mănuși și o pensă, așezați pansamentul peste plagă într-un singur strat, în contact direct cu suprafața plăgii.
4. Dacă este necesar, aplicați un pansament absorbant secundar și fixați-l cu un bandaj de reținere a pansamentului sau o foaie de fixare a pansamentului.

**Înlăturarea pansamentului**
Frecvența schimbării pansamentului va depinde de circumstanțele clinice și aceasta poate varia de la mai mult de o dată pe zi la cel mult o dată la 3 zile; cu toate acestea, pansamentul trebuie îndepărtat dacă începe să se usuce. Dacă pansamentul se lipește, înmuiați-l ușor cu soluție salină sterilă. Dacă pansamentul secundar trebuie schimbat, pansamentele CUTICERIN pot rămâne pe loc, cu condiția să fie încă umede. Când îl îndepărtați sau îl schimbați, asigurați-vă că tot materialul pansamentului este îndepărtat de pe plagă.
Oferiți recomandări adecvate pacienților privind modul de monitorizare a pansamentului la externare și momentul în care trebuie să contacteze un profesionist din domeniul sănătății.
Eliminați în conformitate cu protocoalele clinice locale sau aruncați în mod igienic după utilizare.
Dacă în timpul utilizării acestui dispozitiv considerați că a avut loc un incident grav, vă rugăm să îl raportați producătorului și autorității dumneavoastră competente.
complaints@smith-nephew.com

**Disponibilitatea produsului**

| Cod | Dimensiune | Disponibilitate |
|---|---|---|
| 66045560 | 7,5 cm x 7,5 cm | Cutie de 50 |
| 66045561 | 7,5 cm x 20 cm | Cutie de 50 |
| 66045562 | 7,5 cm x 7,5 cm | Cutie de 10 |
| 66045563 | 7,5 cm x 20 cm | Cutie de 10 |
| 66045564 | 10 cm x 10 cm | Cutie de 10 |
| 66045502 | 20 cm x 40 cm | Cutie de 25 |
| 66045503 | 7,5 cm x 20 cm | Cutie de 25 x 3 |

®Mărci comerciale ale Smith+Nephew
Data emiterii 03/2024. Revizuire 01
Este posibil ca acest produs să fie acoperit de unul sau mai multe brevete S.U.A. www.smith-nephew.com/patents

**PERICOL DE INCENDIU**
Nu fumați și nu stați în apropierea flăcărilor deschise. Dacă acest produs se află în stare uscată pe haine și lenjerie de pat, acestea se pot aprinde cu ușurință

SK

Smith+Nephew

# CUTICERIN◊

Krytie Mastný tyl s nízkou priľnavosťou

**Opis**
Krytie CUTICERIN® je vyrobené z hladkej acetátovej tkaniny s jemnou sieťkou a je potiahnuté vodoodpudivou masťou.

**Spôsob účinku**
Krytie CUTICERIN slúži ako vrstva určená na kontakt s ranou medzi ranou a sekundárnym krytím. Štruktúra s otvorenou väzbou umožňuje prienik exsudátu do absorpčného sekundárneho krytia, napr. MELOLIN®. Krytie je potiahnuté masťou s nízkou priľnavosťou, aby sa minimalizovala bolesť počas výmeny a odstraňovania krytia.

**Indikácie**
Liečba povrchovo exsudujúcich rán, ako sú:
• popáleniny,
• poranenia spôsobené žiarením,
• abrázie,
• plochy použité na kožné štepy v celej hrúbke.

**Kontraindikácie**
Nepoužívajte u pacientov so známou alergiou na niektorú zo zložiek:
• vazelína,
• parafín,
• lanolínový alkohol.

**Preventívne opatrenia**
V prípade akýchkoľvek vážnych rán a popálenín alebo ak sa vyskytne začervenanie alebo nepohodlie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade pochybností týkajúcich sa závažnosti rany vyhľadajte lekársku pomoc.
Ak sa vyskytnú príznaky citlivosti alebo podráždenia, prestaňte ho používať a vyhľadajte lekársku pomoc.
Krytie CUTICERIN je produkt len na jedno použitie. Pomôcka sa nesmie používať opakovane. Môže dôjsť ku krížovej kontaminácii a liečba môže byť neúčinná. Otvorením vrecka s krytím dochádza k narušeniu sterilnej bariéry. Nepoužité krytie preto neuchovávajte na neskoršie použitie.
Vyhýbajte sa kontaktu s očami, pretože môže spôsobiť ich podráždenie.
Nebezpečenstvo požiaru: Nefajčite a nepriblížujte sa k otvorenému plameňu; oblečenie a posteľná bielizeň, na ktorých zaschol tento produkt, sa môžu ľahko vznietiť.
Krytia CUTICERIN sú určené na použitie zdravotníckym pracovníkom alebo na použitie pacientmi pod vedením zdravotníckeho pracovníka.
Ak je to potrebné, zdravotnícki pracovníci by mali pacientom poskytnúť vhodné rady o tom, ako aplikovať, monitorovať, odstraňovať a likvidovať krytie, ako je podrobne uvedené v tomto dokumente.

**Návod na použitie**
1. Ranu vyčistite podľa miestnych klinických protokolov.
2. Vyberte správnu veľkosť krytia a odlepením otvorte vrecko.
3. S nasadenými rukavicami a pomocou kliešťov na ranu umiestnite jednu vrstvu tak, aby bolo krytie v priamom kontakte s povrchom rany.
4. Ak je to potrebné, aplikujte sekundárne absorpčné krytie a zaistite ho na mieste pomocou obväzu na zadržanie krytia alebo fólie na fixáciu krytia.

**Odstránenie krytia**
Frekvencia výmeny krytia bude záležať od klinických okolností. Môže ísť o výmenu niekoľkokrát za deň až po maximálne každé 3 dni. Krytie však musí byť odstránené, ak začne vysychať. Ak je krytie prilepené, navlhčite ho sterilným fyziologickým roztokom a opatrne ho odstráňte. Ak je potrebné vymeniť sekundárne krytie, krytie CUTICERIN môže ostať na mieste, ak je stále vlhké. Pri odstraňovaní alebo výmene sa uistite, že je všetok materiál krytia z rany odstránený.
Poskytnite pacientovi vhodné rady o tom ako monitorovať krytie pri prepustení a kedy kontaktovať zdravotníckeho pracovníka.
Po použití zlikvidujte v súlade s miestnymi klinickými protokolmi alebo hygienicky odstráňte.
Ak máte pocit, že počas používania tejto pomôcky došlo k závažnej nežiaducej príhode, oznámte to výrobcovi a vášmu príslušnému orgánu.
complaints@smith-nephew.com

**Dostupnosť produktu**

| Kód | Veľkosť | Dostupnosť |
|---|---|---|
| 66045560 | 7,5 cm x 7,5 cm | 50 v balení |
| 66045561 | 7,5 cm x 20 cm | 50 v balení |
| 66045562 | 7,5 cm x 7,5 cm | 10 v balení |
| 66045563 | 7,5 cm x 20 cm | 10 v balení |
| 66045564 | 10 cm x 10 cm | 10 v balení |
| 66045502 | 20 cm x 40 cm | 25 v balení |
| 66045503 | 7,5 cm x 20 cm | 25 x 3 v balení |

◊Ochranná známka spoločnosti Smith+Nephew
Dátum vydania 03/2024. Revízia 01
Tento výrobok môže byť chránený jedným alebo viacerými patentmi USA. www.smith-nephew.com/patents

**NEBEZPEČENSTVO POŽIARU**
Nefajčite a nepriblížujte sa k otvorenému plameňu; oblečenie a posteľná bielizeň, na ktorých zaschol tento produkt, sa môžu ľahko vznietiť

SI

Smith+Nephew

# CUTICERIN◊

Nesprijemljiva obloga iz tila

**Opis**
Obloge CUTICERIN® so izdelane iz gladke acetatne tkanine s fino mrežico in vodoodbojno prevleko za mazilo.

**Način delovanja**
Obloge CUTICERIN delujejo kot sloj za stik z rano med rano in sekundarno oblogo. Odprto tkana struktura omogoča prehajanje izcedka v vpojno sekundarno oblogo, npr. MELOLIN®. Obloge so prevlečene z nesprijemljivim mazilom za zmanjšanje bolečine med menjavo in odstranitvijo obloge.

**Indikacije**
Oskrba površinskih eksudativnih ran, kot so:
• opekline;
• poškodbe zaradi sevanja;
• odrgnine;
• darovaksla mesta kožnega presadka delne debeline kože.

**Kontraindikacije**
Ne uporabljajte pri pacientih z znanimi alergijami na katero od sestavin:
• vazelin;
• parafin;
• lanolinski alkohol.

**Previdnostni ukrepi**
Takoj poiščite zdravniško pomoč za vse resne rane in opekline ali če pride do rdečine ali nelagodja. Če ste v dvomih, se posvetujte z zdravnikom glede resnosti rane.
Če se pojavijo znaki občutljivosti ali draženja, prenehajte z uporabo in poiščite zdravniški nasvet.
Obloge CUTICERIN so izdelek za samo enkratno uporabo. Pripomočka ne uporabljajte ponovno. Pride lahko do navzkrižne kontaminacije, zato bo terapija morda neučinkovita. Z odpiranjem vrečke z oblogo se poškoduje sterilna pregrada, zato neuporabljenih oblog ni dovoljeno shraniti za poznejšo uporabo.
Izogibajte se stiku z očmi, ker lahko povzroči draženje oči.
Požarna nevarnost: Ne kadite in ne približujte se odprtemu ognju; oblačila in posteljnina, na katerih se je posušil ta izdelek, se lahko zlahka vžgejo.
Obloge CUTICERIN smejo uporabljati zdravstveni delavci ali pacienti pod vodstvom zdravstvenega delavca.
Po potrebi morajo zdravstveni delavci pacientom zagotoviti ustrezne nasvete o tem, kako naj oblogo namestijo, spremljajo, odstranijo in zavržejo, kot je podrobno opisano v tem navodilu.

**Navodila za uporabo**
1. Rano očistite skladno z lokalnim kliničnim protokolom.
2. Izberite ustrezno velikost obloge in odprite vrečko.
3. Oblogo z rokavicami in pinceto v enem sloju položite čez rano, tako da je v neposrednem stiku z njeno površino.
4. Namestite sekundarno vpojno oblogo, če je to ustrezno, in jo na mestu pritrdite z zadrževalnim povojem ali pritrjevalnim filmom.

**Odstranitev obloge**
Pogostost menjavanja je odvisna od kliničnih okoliščin in se lahko spreminja od več kot enkrat na dan do največ na 3 dni, vendar je treba oblogo odstraniti, če se začne izsuševati. Če se obloga prime na kožo, jo nežno odstranite tako, da jo zmočite s sterilno fiziološko raztopino. Če je treba zamenjati sekundarno oblogo, lahko obloge CUTICERIN ostanejo na mestu, če so še vedno vlažne. Pri odstranjevanju ali menjavi zagotovite, da je iz rane odstranjen ves material obloge.
Pacientom zagotovite ustrezne nasvete o tem, kako naj oblogo spremljajo po odpustu iz bolnišnice, in kdaj naj se obrnejo na zdravstvenega delavca.
Zavrzite v skladu z lokalnimi kliničnimi protokoli oziroma po uporabi vrzite proč ob zagotavljanju higiene.
Če menite, da je med uporabo tega pripomočka prišlo do resnega zapleta, poročajte o njem proizvajalcu in pristojnemu organu.
complaints@smith-nephew.com

**Razpoložljivost izdelkov**

| Koda | Velikost | Razpoložljivost |
|---|---|---|
| 66045560 | 7,5 cm x 7,5 cm | 50 v škatli |
| 66045561 | 7,5 cm x 20 cm | 50 v škatli |
| 66045562 | 7,5 cm x 7,5 cm | 10 v škatli |
| 66045563 | 7,5 cm x 20 cm | 10 v škatli |
| 66045564 | 10 cm x 10 cm | 10 v škatli |
| 66045502 | 20 cm x 40 cm | 25 v škatli |
| 66045503 | 7,5 cm x 20 cm | 25 x 3 v škatli |

®Blagovne znamke družbe Smith+Nephew
Datum izdaje 03/2024. Revizija 01
Za ta izdelek se morda uveljavlja en ali več patentov ZDA
www.smith-nephew.com/patents

**POŽARNA NEVARNOST**
Ne kadite in ne približujte se odprtemu ognju; oblačila in posteljnina, na katerih se je posušil ta izdelek, se lahko zlahka vžgejo

EN

Smith+Nephew

# CUTICERIN◊

Low adherent tulle gras dressing

**Description**
CUTICERIN® Dressings are made of a smooth acetate fabric with a fine mesh and water repellent ointment coating.

**Mode of action**
CUTICERIN Dressings act as a wound contact layer between the wound and a secondary dressing. The open weave structure allows exudate to pass into an absorbent secondary dressing e.g. MELOLIN®. Dressings are coated with a low adherent ointment to minimise pain during dressing change and removal.

**Indications**
Management of superficial exuding wounds such as:
• Burns
• Radiation injuries
• Abrasions
• Split-thickness skin graft donor sites.

**Contraindications**
Do not use on patients with known allergies to any of the components:
• Petrolatum
• Paraffin
• Wool wax alcohol.

**Precautions**
Seek medical advice immediately for all serious wounds and burns or if redness or discomfort occurs. If in doubt, seek medical advice regarding severity of the wound.
Should signs of sensitivity or irritation occur, discontinue use and seek medical advice.
CUTICERIN Dressings are a single use only product. Device should not be re-used.
Cross-contamination can occur and the therapy may be ineffective. Opening the dressing pouch compromises the sterile barrier, therefore any unused dressing should not be retained for application at a later date.
Avoid contact with eyes as may cause irritation.
Fire Hazard: Do not smoke or go near naked flames; clothing and bedding with this product dried on them can catch fire easily.
CUTICERIN Dressings are for healthcare professional use or for use by patients under the direction of a healthcare professional.
When required healthcare professionals should provide appropriate advice to patients on how to apply, monitor, remove and dispose of the dressing as detailed in this document.

**Instructions for use**
1. Cleanse the wound as per local clinical protocols.
2. Select the correct size dressing and peel open the pouch.
3. Using gloves and forceps, lay dressing over the wound in a single layer in direct contact with the wound surface.
4. Apply a secondary absorbent dressing if required and secure in place with a dressing retention bandage or dressing fixation sheet.

**Dressing Removal**
Dressing change frequency will depend on the clinical circumstances and can vary from more than once a day to a maximum of 3 days, however the dressing must be removed if it starts to dry out. If the dressing sticks, soak it off gently with a sterile saline solution. If the secondary dressing needs to be changed, CUTICERIN Dressings can remain in place provided they are still moist. When removing or changing, ensure all material of the dressing is removed from wound.
Provide appropriate advice to patients on how to monitor the dressing on discharge and when to contact a healthcare professional.
Dispose of according to local clinical protocols, or throw away hygienically after use.
If during the use of this device, you believe that a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and your competent authority.
complaints@smith-nephew.com

**Product Availability**

| Code | Size | Availability |
|---|---|---|
| 66045560 | 7.5cm x 7.5cm / 3in. x 3in. | Carton of 50 |
| 66045561 | 7.5cm x 20cm / 3in. x 8in. | Carton of 50 |
| 66045562 | 7.5cm x 7.5cm / 3in. x 3in. | Carton of 10 |
| 66045563 | 7.5cm x 20cm / 3in. x 8in. | Carton of 10 |
| 66045564 | 10cm x 10cm / 4in. x 4in. | Carton of 10 |
| 66045502 | 20cm x 40cm / 8in. x 16in. | Carton of 25 |
| 66045503 | 7.5cm x 20cm / 3in. x 8in. | Carton of 25 x 3 |

◊Trade Marks of Smith+Nephew. Date of issue 03/2024. Revision 01.
This product may be covered by one or more US patents
www.smith-nephew.com/patents

**FIRE HAZARD**
Do not smoke or go near naked flames; clothing and bedding with this product dried on them can catch fire easily

FR

Smith+Nephew

# CUTICERIN◊

Pansement de tulle gras à faible adhérence

**Description**
Les pansements CUTICERIN® sont constitués d'un tissu d'acétate lisse à mailles fines imprégnées d'une pommade hydrofuge.

**Mode d'action**
Les pansements CUTICERIN agissent comme une interface entre la plaie et un pansement secondaire. La structure tissée ouverte facilite le drainage de l'exsudat dans un pansement secondaire absorbant, p. ex. MELOLIN®. Les pansements sont enduits d'une pommade à faible adhérence pour réduire au maximum la douleur lors du changement et du retrait du pansement.

**Indications**
Prise en charge des plaies superficielles exsudatives telles que :
• Brûlures
• Lésions dues aux rayonnement ionisants
• Abrasions
• Sites donneurs de greffe de peau mince

**Contre-indications**
Ne pas utiliser chez les patients présentant des allergies connues à l'un des composants suivants :
• Vaseline
• Paraffine
• Alcool de lanoline

**Précautions**
Consulter immédiatement un médecin en cas de plaie ou de brûlure importante ou d'apparition d'une rougeur ou d'inconfort. En cas de doute, consulter un médecin concernant la sévérité de la plaie.
En cas de signes de sensibilité ou d'irritation, arrêter l'utilisation et consulter un médecin.
Les pansements CUTICERIN sont des produits exclusivement à usage unique. Le dispositif ne doit pas être réutilisé. Une contamination croisée peut se produire et le traitement pourrait être inefficace. L'ouverture du sachet contenant le pansement compromet la barrière stérile, aussi tout pansement non utilisé ne doit pas être gardé pour une application ultérieure.
Éviter tout contact avec les yeux car cela pourrait provoquer une irritation.
Risque d'incendie : Ne pas fumer ni s'approcher de flammes nues ; les vêtements et les draps sur lesquels ce produit a séché peuvent s'enflammer facilement.
Les pansements CUTICERIN sont destinés aux professionnels de santé ou aux patients sous la direction d'un professionnel de santé.
Lorsque cela est nécessaire, les professionnels de santé doivent fournir des conseils appropriés aux patients sur la manière d'appliquer le pansement, de le surveiller, de le retirer et de le jeter, comme indiqué dans ce document.

**Mode d'emploi**
1. Préparer la plaie selon les protocoles cliniques locaux.
2. Choisir un pansement de taille correcte et ouvrir le sachet.
3. En utilisant des gants et des pinces, placer le pansement sur la plaie en une seule couche en contact direct avec la surface de la plaie.
4. Appliquer un pansement secondaire absorbant si nécessaire et le maintenir en place avec un bandage ou une bande adhésive.

**Retrait du pansement**
La fréquence de changement du pansement dépendra des circonstances cliniques et peut aller de plus d'une fois par jour à une fois maximum tous les 3 jours. Cependant, le pansement doit être retiré s'il commence à se dessécher. En cas d'adhérence du pansement, le tremper et le retirer délicatement à l'aide d'une solution saline stérile. Si le pansement secondaire doit être changé, les pansements CUTICERIN peuvent rester en place à condition qu'ils soient encore humides. Lors du retrait ou du changement, s'assurer que tout le matériau du pansement est retiré de la plaie.
Fournir des conseils appropriés aux patients sur la manière de surveiller le pansement à la sortie, et sur le moment où il faut contacter un professionnel de santé.
Éliminer conformément aux protocoles cliniques locaux ou éliminer dans le respect des règles d'hygiène après utilisation.
Si, au cours de l'utilisation de ce dispositif, vous pensez qu'un incident grave s'est produit, veuillez le signaler au fabricant et à votre autorité compétente.
complaints@smith-nephew.com

**Disponibilité du produit**

| Code | Taille | Disponibilité |
|---|---|---|
| 66045560 | 7,5 cm x 7,5 cm | Carton de 50 |
| 66045561 | 7,5 cm x 20 cm | Carton de 50 |
| 66045562 | 7,5 cm x 7,5 cm | Boîte de 10 |
| 66045563 | 7,5 cm x 20 cm | Boîte de 10 |
| 66045564 | 10 cm x 10 cm | Boîte de 10 |
| 66045502 | 20 cm x 40 cm | Carton de 25 |
| 66045503 | 7,5 cm x 20 cm | Carton de 25 x 3 |

®Marques de commerce de Smith+Nephew
Date de publication 03/2024. Révision 01
Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets américains
www.smith-nephew.com/patents

**RISQUE D'INCENDIE**
Ne pas fumer ni s'approcher de flammes nues ; les vêtements et les draps sur lesquels ce produit a séché peuvent s'enflammer facilement

DE

Smith+Nephew

# CUTICERIN◊

Salbentüllverband mit leichter Haftung

**Produktbeschreibung**
Die CUTICERIN® Verbände bestehen aus einem glatten Acetatgewebe mit einem feinen Netz und einer wasserabweisenden Salbenbeschichtung.

**Wirkweise**
CUTICERIN Verbände dienen als Wundkontaktschicht zwischen der Wunde und einem Sekundärverband. Dank der weitmaschigen Struktur kann Exsudat in den Verband abfließen und von einem saugfähigen Sekundärverband, z. B. MELOLIN®, aufgenommen werden. Die Verbände sind mit einer Salbe mit leichter Haftung beschichtet, um Schmerzen beim Verbandwechsel und -entfernung zu minimieren.

**Indikationen**
Behandlung oberflächlicher exsudierender Wunden wie:
• Verbrennungen
• Strahlenschäden
• Schürfwunden
• Entnahmestellen zur Spalthauttransplantation.

**Kontraindikationen**
Nicht bei Patienten mit bekannten Allergien gegen eine der folgenden Komponenten verwenden:
• Petrolatum
• Paraffin
• Wollwachsalkohol.

**Vorsichtsmaßnahmen**
Bei allen schwerwiegenden Verletzungen und Verbrennungen oder bei Au

NL

Smith+Nephew

# CUTICERIN◊

## Licht klevend vetgaasverband

**Omschrijving**
CUTICERIN°-verbanden zijn gemaakt van een glad acetaatweefsel met een fijne mesh en een waterafstotende zalfcoating.

**Werking**
CUTICERIN-verbanden fungeren als een wondcontactlaag tussen de wond en een secundair verband. De open geweven structuur laat exsudaat door naar een absorberend secundair verband, bv. MELOLIN°. De verbanden zijn voorzien van een coating met een licht klevende zalf om de pijn tijdens het verwisselen en verwijderen van het verband tot een minimum te beperken.

**Indicaties**
Behandeling van oppervlakkige exsuderende wonden, zoals:
- Brandwonden
- Stralingsletsels
- Ontvellingen
- Split-thickness skin graft donorplaatsen

**Contra-indicaties**
Niet gebruiken bij patiënten met bekende allergieën voor een van de componenten:
- Petrolatum
- Paraffine
- Wolwasalcohol

**Voorzorgsmaatregelen**
Direct een arts raadplegen bij ernstige verwondingen en brandwonden of indien de huid rood wordt of geïrriteerd raakt.
Raadpleeg bij twijfel een arts over de ernst van de wond.
Als er gevoeligheid optreedt of tekenen zijn van irritatie, stop dan met het gebruik en raadpleeg een arts.
CUTICERIN verbanden zijn een product voor eenmalig gebruik. Het product mag niet hergebruikt worden. Er kan kruisbesmetting plaatsvinden en de behandeling is mogelijk niet effectief. Het openen van de verpakking ondermijnt de steriele barrière; ongebruikte geopende verbanden mogen daarom niet worden bewaard voor gebruik op een later tijdstip.
Vermijd contact met de ogen, aangezien dit irritatie kan veroorzaken.
Brandgevaar: Niet roken of in de buurt komen van open vuur; kleding en beddengoed waarop dit product is opgedroogd kunnen gemakkelijk vlam vatten.
CUTICERIN-verbanden zijn bedoeld voor gebruik door zorgverleners of voor gebruik door patiënten op aanwijzing van een zorgverlener. Zorgverleners moeten waar nodig passend advies geven aan patiënten over het aanbrengen, controleren, verwijderen en afvoeren van het verband, zoals beschreven in dit document.

**Gebruiksaanwijzing**
1. Reinig de wond volgens het lokale medische protocol.
2. Kies het juiste formaat verband en trek het zakje open.
3. Leg het verband met handschoenen en een pincet in één enkele laag over de wond, in direct contact met het wondoppervlak.
4. Breng indien nodig een secundair absorberend verband aan en zet dit vast met fixatieverband of fixatiegaas.

**Verwijderen van het verband**
De frequentie van de verbandwissel hangt af van de medische omstandigheden en kan uiteenlopen van meerdere keren per dag tot na maximaal 3 dagen. Het verband dient echter vervangen te worden zodra het begint uit te drogen. Als het verband vastkleeft, week het dan voorzichtig los met een steriele zoutoplossing. Als het secundaire verband vervangen moet worden, kunnen de CUTICERIN-verbanden blijven zitten mits ze nog vochtig zijn. Zorg er bij het verwijderen of wisselen voor dat al het materiaal van het verband uit de wond wordt verwijderd.
Leg de patiënt bij ontslag uit hoe ze het verband moeten controleren en wanneer ze contact op moeten nemen met een zorgverlener.
Voer het product als afval af volgens plaatselijke klinische protocollen, of gooi het op hygiënische wijze weg na gebruik.
Als u van mening bent dat er tijdens het gebruik van dit hulpmiddel een ernstig incident heeft plaatsgevonden, rapporteer dit dan bij de fabrikant en bij de bevoegde autoriteiten.
complaints@smith-nephew.com

**Beschikbaarheid van het product**

| Code | Afmeting | Verpakking |
|---|---|---|
| 66045560 | 7,5 cm x 7,5 cm | Doos van 50 |
| 66045561 | 7,5 cm x 20 cm | Doos van 50 |
| 66045562 | 7,5 cm x 7,5 cm | Doos van 10 |
| 66045563 | 7,5 cm x 20 cm | Doos van 10 |
| 66045564 | 10 cm x 10 cm | Doos van 10 |
| 66045502 | 20 cm x 40 cm | Doos van 25 |
| 66045503 | 7,5 cm x 20 cm | Doos van 25 x 3 |

°Handelsmerken van Smith+Nephew
Datum van uitgifte 03/2024. Herziening 01.
Dit product kan onder een of meer Amerikaanse (VS) octrooien vallen
www.smith-nephew.com/patents

**BRANDGEVAAR**
Niet roken of in de buurt komen van open vuur; kleding en beddengoed waarop dit product is opgedroogd kunnen gemakkelijk vlam vatten

DK

Smith+Nephew

# CUTICERIN◊

## Let klæbende tylbandage med salve

**Beskrivelse**
CUTICERIN°-bandager er fremstillet af et glat acetatstof med et fint net og en vandafvisende salvebelægning.

**Virkemåde**
CUTICERIN-bandager fungerer som et sårkontaktlag mellem såret og en sekundær bandage. Den løse vævning lader ekssudat passere til en absorberende sekundær bandage, f.eks. MELOLIN°. Bandagerne er belagt med let klæbende salve for at minimere smerte under skift og fjernelse af forbindingen.

**Indikationer**
Håndtering af overfladiske ekssuderende sår såsom:
- Forbrændinger
- Strålingsskader
- Slidsår
- Donorsteder for hudgrafter af delvis tykkelse.

**Kontraindikationer**
Må ikke anvendes på patienter med kendt allergi over for nogen af komponenterne:
- Vaseline
- Paraffin
- Uldvoksalkohol.

**Forholdsregler**
Søg omgående læge ved alvorlige sår og brandsår eller i tilfælde af rødme eller irritation. Hvis du er i tvivl, skal du søge lægehjælp vedrørende sårets sværhedsgrad.
Opstår tegn på overfølsomhed eller irritation, bør brugen afbrydes, og der bør søges lægehjælp.
CUTICERIN-bandager er kun til engangsbrug. Produktet må ikke genbruges. Der kan opstå krydskontaminering, og behandlingen kan være ineffektiv. Når posen med bandagen åbnes, kompromitteres den sterile barriere, og derfor må ubrugt bandage ikke gemmes til anlæggelse på et senere tidspunkt.
Undgå kontakt med øjne, da det kan forårsage irritation.
Brandfare: Undlad at ryge og at komme i nærheden af åben ild. Beklædning og sengetøj med produktet indtørret på det er let antændeligt.
CUTICERIN-bandager er beregnet til brug for sundhedspersonale og til brug af patienter under vejledning af det sundhedsfaglige personale.
Når det er nødvendigt, skal sundhedspersonalet give passende råd til patienter om, hvordan de anlægger, overvåger, fjerner og bortskaffer bandagen, som beskrevet i dette dokument.

**Brugsanvisning**
1. Rens området efter lokale kliniske retningslinjer.
2. Vælg den korrekte størrelse bandage og åbn posen.
3. Brug handsker og pincet til at anlægge et lag bandage over området i direkte kontakt med sårområdet.
4. Anlæg om nødvendigt en absorberende sekundær bandage og fastgør den med en fikseringsforbinding eller fikseringsstrimmel.

**Fjernelse af bandage**
Hyppighed af bandageskift afhænger af de kliniske omstændigheder og kan variere fra mere end én gang dagligt til maksimalt 3 dage. Bandagen skal dog fjernes, hvis det begynder at tørre ud. Hvis bandagen hænger fast, fjernes den forsigtigt ved at opbløde med en steril saltvandsopløsning.
Hvis den sekundære bandage skal skiftes, kan CUTICERIN-bandager forblive på stedet, hvis de stadig er fugtige. Når den fjernes eller skiftes, skal det sikres, at alt bandagematериale fjernes fra såret.
Giv passende råd til patienter ved udskrivelsen om, hvordan de overvåger bandagen, og hvornår de skal kontakte sundhedspersonalet.
Bortskaf i henhold til lokale kliniske retningslinjer, eller bortskaf på en hygiejnisk måde efter brug.
Hvis du mener, at der er opstået en alvorlig hændelse under brugen af dette produkt, indberet da venligst til fabrikanten og dit bemyndigede organ.
complaints@smith-nephew.com

**Produktsortiment**

| Varenummer | Størrelse | Bestillingsenhed |
|---|---|---|
| 66045560 | 7,5 cm x 7,5 cm | Æske med 50 stk. |
| 66045561 | 7,5 cm x 20 cm | Æske med 50 stk. |
| 66045562 | 7,5 cm x 7,5 cm | Æske med 10 stk. |
| 66045563 | 7,5 cm x 20 cm | Æske med 10 stk. |
| 66045564 | 10 cm x 10 cm | Æske med 10 stk. |
| 66045502 | 20 cm x 40 cm | Æske med 25 stk. |
| 66045503 | 7,5 cm x 20 cm | Æske med 25 x 3 stk. |

°Varemærker tilhørende Smith+Nephew
Udstedelsesdato 03/2024. Revision 01.
Dette produkt kan være omfattet af et eller flere amerikanske patenter
www.smith-nephew.com/patents

**BRANDFARE**
Undlad at ryge og at komme i nærheden af åben ild. Beklædning og sengetøj med produktet indtørret på det er let antændeligt

NO

Smith+Nephew

# CUTICERIN◊

## Lite klebende vaselinkompress

**Beskrivelse**
CUTICERIN°-kompresser er laget av et glatt acetatstoff med et fint nett og et vannavledende salvebelegg.

**Virkemåte**
CUTICERIN-kompresser fungerer som et sårkontaktlag mellom såret og en sekundærbandasje. Den løst vevde strukturen gjør at eksudat kan passere inn i en absorberende sekundærbandasje, f.eks. MELOLIN°. Kompressene er belagt med en lite klebende salve for å minimere smerte under bandasjeskift og -fjerning.

**Indikasjoner**
Behandling av overfladiske sår med eksudat, slik som:
- Brannsår
- Stråleskader
- Skrubbsår
- Donorsteder med hudtransplantat av delt tykkelse

**Kontraindikasjoner**
Må ikke brukes hos pasienter med kjent allergi mot noen av komponentene:
- Vaselin
- Parafin
- Ullvoksalkohol

**Forsiktigthetsregler**
Søk legehjelp umiddelbart for alle alvorlige sår og brannsår eller ved eventuell rødhet og smerte. Oppsøk legehjelp hvis du er i tvil om sårets alvorlighetsgrad.
Avslutt bruken og oppsøk legehjelp hvis det oppstår tegn på sensibilisering eller irritasjon.
CUTICERIN-kompresser er et produkt kun til engangsbruk. Utstyret skal ikke gjenbrukes. Krysskontaminering kan forekomme og gjøre behandlingen ineffektiv. Åpning av kompressposen kompromitterer den sterile barrieren, derfor skal ubrukt kompress ikke oppbevares for senere påføring.
Unngå kontakt med øynene siden det kan forårsake irritasjon.
Brannfare: Ikke røyk eller gå i nærheten av åpen ild; klær og sengetøy med dette produktet tørket på kan lett ta fyr.
CUTICERIN-kompresser er til bruk av helsepersonell eller til bruk av pasienter under anvisning fra helsepersonell.
Hvis det kreves, skal helsepersonell gi hensiktsmessige råd til pasienten om hvordan kompressen skal påføres, kontrolleres, fjernes og kasseres, som angitt i dette dokumentet.

**Bruksanvisning**
1. Rens området i henhold til lokale kliniske prosedyrer.
2. Velg kompress i riktig størrelse og riv opp posen.
3. Bruk hansker og tang og legg kompressen over området i et enkelt lag i direkte kontakt med sårflaten.
4. Påfør en absorberende sekundærbandasje om nødvendig og fest den med fikseringsbind eller bandasjefikseringslag.

**Fjerning av bandasjen**
Hvor ofte bandasjeskift utføres, vil avhenge av de kliniske omstendighetene og kan variere fra mer enn én gang om dagen til etter maksimum 3. dager. Kompressen må imidlertid fjernes hvis den begynner å tørke ut. Hvis kompressen sitter fast, fukter du den med sterilt saltvann og fjerner den forsiktig. Hvis sekundærbandasjen må byttes, kan CUTICERIN-kompresser forbli på såfremt de fortsatt er fuktige. Når du fjerner eller bytter kompressen, skal du påse at alt materiale fra kompressen fjernes fra området.
Helsepersonell bør gi hensiktsmessige råd til pasienten ved utskrivning om hvordan kompressen skal kontrolleres samt når man bør kontakte helsepersonell.
Kasser den ifølge lokale kliniske prosedyrer, eller kast den på en hygienisk måte etter bruk.
Hvis du under bruk av denne enheten mener at en alvorlig hendelse har skjedd, vennligst rapporter det til produsenten og din kompetente myndighet.
complaints@smith-nephew.com

**Produkttilgjengelighet**

| Kode | Størrelse | Tilgjengelighet |
|---|---|---|
| 66045560 | 7,5 cm x 7,5 cm | Eske med 50 |
| 66045561 | 7,5 cm x 20 cm | Eske med 50 |
| 66045562 | 7,5 cm x 7,5 cm | Eske med 10 |
| 66045563 | 7,5 cm x 20 cm | Eske med 10 |
| 66045564 | 10 cm x 10 cm | Eske med 10 |
| 66045502 | 20 cm x 40 cm | Eske med 25 |
| 66045503 | 7,5 cm x 20 cm | Eske med 25 x 3 |

°Varemerker tilhørende Smith+Nephew
Utgivelsesdato 03/2024. Revisjon 01.
Dette produktet kan være dekket av én eller flere patenter i USA
www.smith-nephew.com/patents

**BRANNFARE**
Ikke røyk eller gå i nærheten av åpen ild; klær og sengetøy med dette produktet tørket på kan lett ta fyr

FI

Smith+Nephew

# CUTICERIN◊

## Haavaan tarttumaton rasvasidos

**Kuvaus**
CUTICERIN°-sidokset on valmistettu sileästä, tiiviisti kudotusta asetaattikankaasta, jossa vettä hylkivä voidepinnoite.

**Käyttö**
CUTICERIN-sidokset toimivat haavakontaktipintana haavan ja toissijaisen sidoksen välillä. Avoin kudosrakenne mahdollistaa tulehdusnesteen kulkeutumisen imukykyiseen toissijaiseen sidokseen, esim. MELOLIN° -sidokseen. Sidokset on päällystetty haavaan tarttumattomalla voiteella, mikä minimoi kipua sidosta vaihdettaessa ja poistettaessa.

**Indikaatiot**
Pinnallisten erittävien haavojen hoito, kuten:
- Palovammat
- Säteilyvammat
- Hiertymät
- Paksuudeltaan halkaistujen ihosiirrännäisten ihonottokohdat.

**Vasta-aiheet**
Ei saa käyttää potilaille, joilla on tunnettuja allergioita jollekin aineosalle:
- Vaseliini
- Parafiini
- Villavaha-alkoholi.

Varotoimet
Kun on kysymys vakavista haavoista tai palovammoista tai jos haava-alueella esiintyy punoitusta tai kipua, hakeudu lääkärin hoitoon. Jos olet epävarma, hakeudu lääkärin haavan vakavuuden selvittämiseksi.
Lopeta tuotteen käyttö ja hakeudu lääkäriin, mikäli ilmenee herkkyyttä tai ärsytystä.
CUTICERIN-sidokset ovat kertakäyttöisiä tuotteita.Tuotetta ei saa käyttää uudelleen.
Ristikontaminaatiota voi ilmetä ja hoito voi olla tehotonta.
Sidospussin avaaminen vaarantaa tuotteen steriiliesteen, mistä syystä käyttämättömiä sidoksia ei saa säästää myöhempää käyttöä varten.
Vältä kosketusta silmien kanssa, koska se voi aiheuttaa ärsytystä.
Tulipalovaara: Ei saa tupakoida eikä olla lähellä avotulta; vaatteisiin ja liinavaatteisiin kuivunut tuote voi syttyä helposti palamaan.
CUTICERIN-sidokset on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilön käyttöön tai potilaiden käyttöön terveydenhuollon ammattihenkilön ohjauksessa.
Terveydenhuollon ammattilaisten tulee tarvittaessa antaa potilaille asianmukaisia neuvoja sidoksen kiinnittämiseen, tarkkailuun, poistamiseen ja hävittämiseen tässä asiakirjassa kuvatulla tavalla.

**Käyttöohjeet**
1. Puhdista haava sairaalan kliinisen protokollan mukaisesti.
2. Valitse oikean kokoinen sidos ja repäise pussi auki.
3. Käytä käsineitä ja pihtejä, ja aseta sidos haavan päälle yhtenä kerroksena suoraan kosketukseen haavan pinnan kanssa.
4. Aseta tarvittaessa toissijainen imukykyinen sidos ja kiinnitä se paikalleen harsositeellä tai sidoksen kiinnityslapulla.

**Sidoksen poistaminen**
Sidosten vaihtotiheys riippuu kliinisistä olosuhteista ja voi vaihdella useammasta kerrasta päivässä maksimissaan kolmeen päivään. Sidos on kuitenkin poistettava, jos se alkaa kuivua. Jos sidos tarttuu kiinni, liota se varovasti irti steriillä keittosuolaliuoksella. Jos toissijainen sidos on vaihdettava, CUTICERIN-sidos voi jäädä paikalleen, jos se on vielä kostea. Kun poistat tai vaihdat sidosta, varmista, että kaikki sidoksen materiaali on poistettu haavasta.
Tarjoa potilaille asianmukaisia neuvoja sidoksen tarkkailuun sairaalasta pääsyn jälkeen sekä siihen, milloin ottaa yhteyttä terveydenhuollon ammattihenkilöön.
Hävitä sairaalan kliinisten protokollien mukaisesti tai hävitä hygieenisesti käytön jälkeen.
Jos uskot, että tämän tuotteen käytön aikana on tapahtunut vakava vaaratilanne, ilmoita siitä valmistajalle ja maasi toimivaltaisille viranomaisille.
complaints@smith-nephew.com

**Tuotteen saatavuus**

| Koodi | Koko | Saatavuus |
|---|---|---|
| 66045560 | 7,5 cm x 7,5 cm | 50 kpl pakkaus |
| 66045561 | 7,5 cm x 20 cm | 50 kpl pakkaus |
| 66045562 | 7,5 cm x 7,5 cm | 10 kpl pakkaus |
| 66045563 | 7,5 cm x 20 cm | 10 kpl pakkaus |
| 66045564 | 10 cm x 10 cm | 10 kpl pakkaus |
| 66045502 | 20 cm x 40 cm | 25 kpl pakkaus |
| 66045503 | 7,5 cm x 20 cm | 3 x 25 kpl pakkaus |

°Smith+Nephew'n tavaramerkit
Julkaisupäivä 03/2024. Korjattu versio 01.
Tämä tuote voi olla yhden tai useamman yhdysvaltalaisen patentin suojaama. www.smith-nephew.com/patents

**TULIPALOVAARA**
Ei saa tupakoida eikä olla lähellä avotulta; vaatteisiin ja liinavaatteisiin kuivunut tuote voi syttyä helposti palamaan

SE

Smith+Nephew

# CUTICERIN◊

## Salvförband av tyll med låg vidhäftning

**Beskrivning**
CUTICERIN° förband är tillverkade av ett slätt acetattyg med ett fint nät och belagt med en vattenavstötande salva.

**Användningssätt**
CUTICERIN-förband fungerar som ett sårkontaktlager mellan såret och ett sekundärt förband. Dess öppna vävstruktur gör att exsudat kan passera in i ett absorberande, sekundärt förband, t.ex. MELOLIN°. Förbanden är belagda med en salva med låg vidhäftning, för att minimera smärta vid förbandsbyte och avlägsnande av förbandet.

**Indikationer**
Hantering av ytliga, exsuderande sår såsom:
- Brännsår
- Strålningsskador
- Abrasioner
- Platser där hudgraft med delad tjocklek har tagits.

**Kontraindikationer**
Använd inte på patienter med känd allergi mot någon av komponenterna:
- Petrolatum
- Paraffin
- Ullvaxalkohol.

**Försiktighetsåtgärder**
Sök omedelbart läkarvård vid allvarlig skada och brännskada om huden blir röd eller obehag uppstår. Vid tveksamhet, kontakta läkare angående sårets svårighetsgrad.
Om tecken på överkänslighet eller irritation skulle inträffa, avbryt behandlingen och sök läkarvård.
CUTICERIN-förband är endast avsedda för engångsbruk. Enheten ska inte återanvändas.
Korskontaminering kan förekomma och behandlingen kan bli ineffektiv. Om förbandspåsen öppnas äventyras den sterila barriären. Därför ska ett oanvänt förband inte behållas för applicering längre fram.
Undvik kontakt med ögonen, eftersom detta kan orsaka irritation.
Brandrisk: Rök inte eller gå i närheten av öppna lågor. Kläder och sängkläder där denna produkt har torkat kan lätt ta ild.
CUTICERIN-förbanden är endast för professionellt bruk vilket är användning av patienter som fått instruktioner av hälso- och sjukvårdspersonal.
När så krävs ska hälso- och sjukvårdspersonal ge lämpliga råd till patienter om hur förbandet ska appliceras, övervakas, avlägsnas och kasseras, i enlighet med informationen i denna broschyr.

**Bruksanvisning**
1. Rengör såret enligt lokala kliniska rutiner.
2. Välj rätt storlek på förband och dra upp påsen.
3. Använd handskar och pincett och lägg förbandet över såret i ett enda lager, i direkt kontakt med sårytan.
4. Applicera ett absorberande sekundärt förband om så krävs, och fäst det på plats med ett bandage eller förbandsfixeringsark.

**Borttagning av förband**
Frekvensen av förbandsbyten beror på de kliniska omständigheterna och detta kan variera från mer än en gång om dagen till högst tre dagar, men förbandet måste tas bort om det börjar torka ut. Om förbandet fastnar, ska det blötläggas försiktigt i steril koksaltlösning. Om det sekundära förbandet behöver bytas, kan CUTICERIN-förband sitta kvar, förutsatt att de fortfarande är fuktiga. När förbandet tas bort eller byts, måste man se till att allt material i förbandet tas bort från såret.
Ge lämpliga råd till patienter om hur förbandet ska övervakas efter utskrivning, samt när hälso- och sjukvårdspersonal ska kontaktas.
Kassera enligt lokala kliniska rutiner eller släng bort på ett hygieniskt sätt efter användning.
Om du tror att ett allvarligt tillbud har inträffat när denna enhet används ska den rapporteras till tillverkaren och dina behöriga myndigheter.
complaints@smith-nephew.com

**Produkttillgänglighet**

| Kod | Storlek | Tillgänglighet |
|---|---|---|
| 66045560 | 7,5 cm x 7,5 cm | Kartong med 50 |
| 66045561 | 7,5 cm x 20 cm | Kartong med 50 |
| 66045562 | 7,5 cm x 7,5 cm | Kartong med 10 |
| 66045563 | 7,5 cm x 20 cm | Kartong med 10 |
| 66045564 | 10 cm x 10 cm | Kartong med 10 |
| 66045502 | 20 cm x 40 cm | Kartong med 25 |
| 66045503 | 7,5 cm x 20 cm | Kartong med 25 x 3 |

°Varumärken som tillhör Smith+Nephew
Datum för utfärdandet 03/2024. Revidering 01.
Denna produkt omfattas eventuellt av ett eller flera patent i USA
www.smith-nephew.com/patents

**BRANDRISK**
Rök inte eller gå i närheten av öppna lågor. Kläder och sängkläder där denna produkt har torkat kan lätt ta eld

BG

Smith+Nephew

# CUTICERIN◊

## Слабо прилепваща превръзка от тюл

**Описание**
Превръзките CUTICERIN° са изработени от гладка ацетатна тъкан с фино покритие от платно и мехлем, отблъскващ водата.

**Начин на действие**
Превръзките CUTICERIN действат като слой за контакт с рената между рената и вторичната превръзка. Рехавата структура позволява на ексудата да преминава в абсорбираща вторична превръзка, напр. MELOLIN°. Превръзките са покрити с мехлем за слабо прилепване, за да се сведе до минимум болката по време на смяната и сваляането на превръзката.

**Показания**
Лечение на повърхностни ексудиращи рани като:
- Изгаряния
- Наранявания от лъчение
- Окулвания
- Донорски области на разцепена кожна присадка.

**Противопоказания**
Да не се използва при пациенти с известни алергии към някой от компонентите:
- Вазелин
- Парафин
- Ланолин.

**Предпазни мерки**
Незабавно потърсете медицинска помощ за всички сериозни рани и изгаряния или ако се появи зачервяване или дискомфорт. Ако имате съмнения, потърсете медицински съвет относно сериозността на раната.
Ако се появят признаци на чувствителност или дразнене, преустановете употребата и потърсете медицински съвет.
Превръзките CUTICERIN са продукт само за еднократна употреба. Изделията не трябва да се използват повторно. Може да се получи кръстосано замърсяване и терапията да бъде неефективна. Отваряането на пакета с превръзката компрометира стерилната бариера, затова неизползваните превръзки не трябва да се пазят за по-късна употреба.
Избягвайте контакт с очите, тъй като може да причини раздразнение.
Риск от пожар: Не пушете и не преминавайте близо до открити пламъци; облекло и постелки, върху които е поставен изсушен този продукт, лесно могат да се запалят.
Превръзките CUTICERIN са за употреба от медицински специалисти или за употреба от пациенти по указание от медицински специалист.
Когато се налага, медицинските специалисти трябва да дадат подходящ съвет на пациентите как да прилагат, да наблюдават, да свалят и да изхвърлят превръзката съгласно подробно посоченото в този документ.

**Инструкции за употреба**
1. Почистете раната според местните клинични протоколи.
2. Изберете превръзка с правилния размер и отлепете пакета.
3. Използвайки ръкавици и форцепс, поставете превръзката върху раната в един слой в пряк контакт с повърхността на раната.
4. Поставете вторична абсорбираща превръзка, ако е необходимо, и я закрепете на място с бинт за задържане на превръзката или с лист за фиксиране на превръзката.

**Сваляне на превръзка**
Честотата на смяната на превръзките ще зависи от клиничните обстоятелства и може да варира от повече от един път дневно до максимум три дни. Въпреки това превръзката трябва да се отстрани, ако започне да изсъхва. Ако превръзката се залепи, накиснете я със стерилен физиологичен разтвор и я отлепете внимателно. Ако вторичната превръзка трябва да се смени, превръзките CUTICERIN могат да останат на място, при условие че все още са влажни. Когато отстранявате или сменяте превръзката, уверете се, че целият й материал е отстранен от раната.
Посъветвайте пациентите как да наблюдават превръзката след изписване и кога да се свържат с медицински специалист.
Изхвърлете съгласно местните клинични протоколи или хигиенично след употреба.
Ако по време на използването на това изделие сметате, че е възникнал сериозен инцидент, моля, докладвайте го на производителя и на Вашия компетентен орган.
complaints@smith-nephew.com

**Наличност на продукта**

| Код | Размер | Наличност |
|---|---|---|
| 66045560 | 7,5 cm x 7,5 cm | Опаковка от 50 |
| 66045561 | 7,5 cm x 20 cm | Опаковка от 50 |
| 66045562 | 7,5 cm x 7,5 cm | Опаковка от 10 |
| 66045563 | 7,5 cm x 20 cm | Опаковка от 10 |
| 66045564 | 10 cm x 10 cm | Опаковка от 10 |
| 66045502 | 20 cm x 40 cm | Опаковка от 25 |
| 66045503 | 7,5 cm x 20 cm | Опаковка от 25 x 3 |

°Търговски марки на Smith+Nephew
Дата на издаване 03/2024. Редакция 01
Този продукт може да бъде обхванат от един или повече патенти на САЩ. www.smith-nephew.com/patents

**РИСК ОТ ПОЖАР**
Не пушете и не преминавайте близо до открити пламъци; облекло и постелки, върху които е поставен изсушен този продукт, лесно могат да се запалят

CZ

Smith+Nephew

# CUTICERIN◊

## Tylové krytí s nízkou přilnavostí

**Popis**
Krytí CUTICERIN° je vyrobeno z hladké acetátové textilie s jemnou síťovinou napuštěnou masťovým základem.

**Princip funkce**
Krytí CUTICERIN působí jako vrstva pro kontakt s ránou mezi ránou a sekundárním krytím. Jeho otevřená struktura umožňuje průchod exsudátu do absorpčního sekundárního krytí, např. MELOLIN°. Krytí jsou potažena mastí se sníženou přilnavostí, aby se minimalizovala bolest při výměně a odstraňování krytí.

**Indikace**
Léčba povrchových exsudujících ran, jako například:
- Popáleniny
- Poranění způsobená ozářením
- Abraze
- Dárcovská místa dermoepidermálního štěpu.

**Kontraindikace**
Nepoužívejte u pacientů se známou alergií na některou ze složek:
- Vazelína
- Parafín
- Alkohol s voskem z ovčí vlny.

**Bezpečnostní opatření**
U všech závažných poranění a popálenin nebo v případě zarudnutí či nepříjemných pocitů okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. V případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc ohledně posouzení závažnosti rány.
Pokud se objeví známky citlivosti nebo podráždění, přestaňte prostředek používat a vyhledejte lékařskou pomoc.
Krytí CUTICERIN je určeno pouze na jedno použití. Prostředek se nesmí používat opakovaně. Může dojít ke křížové kontaminaci a léčba může být neúčinná.
Otevřením sáčku s krytím se naruší sterilní bariéra, a proto by se případné nepoužité krytí nemělo uchovávat pro pozdější použití.
Vyhněte se kontaktu s očima, protože může způsobit podráždění.
Nebezpečí vzniku požáru: V jeho blízkosti nekuřte ani se s ním nepřibližujte k otevřenému ohni; oděvy a lůžkoviny, na kterých tento produkt zaschnul, se mohou snadno vznítit.
Krytí CUTICERIN mají používat zdravotničtí pracovníci nebo pacienti pod vedením zdravotnického pracovníka.
V případě potřeby musí zdravotničtí pracovníci pacientům poskytnout vhodná doporučení, jak krytí aplikovat, sledovat, odstraňovat a likvidovat, jak je podrobně popsáno v tomto dokumentu.

**Návod k použití**
1. Ránu vyčistěte podle místních klinických postupů.
2. Vyberte správnou velikost krytí a otevřete sáček odloupnutím jedné strany.
3. Pomocí rukavic a kleští položte krytí na ránu v jedné vrstvě a zajistěte přímý kontakt s povrchem rány.
4. Aplikujte případně i sekundární absorbující krytí a zajistěte upevňovacím krytím nebo vrstvou fixačního krytí.

**Odstranění krytí**
Frekvence výměny krytí závisí na klinických okolnostech a může být v rozmezí od více než jednou denně až po maximálně 3 dny.
Pokud však krytí začne vysychat, je třeba je odstranit. Pokud se krytí přilepí, jemně jej odmočte sterilním fyziologickým roztokem. Pokud je třeba sekundární krytí vyměnit, může krytí CUTICERIN zůstat na místě, pokud je stále vlhké. Při odstraňování nebo výměně zajistěte, aby byl z rány odstraněn veškerý materiál krytí.
Pacientům poskytněte vhodná doporučení k postupu sledování krytí při propuštění ze zdravotnického zařízení a kdy mají kontaktovat zdravotnického pracovníka.
Zlikvidujte ho v souladu s místními nemocničními postupy nebo ho po použití hygienicky vyhoďte do příslušného odpadu.
Pokud při používání tohoto prostředku dojdete k závěru, že došlo k závažné nežádoucí příhodě, oznamte to prosím výrobci a příslušným státním orgánům.
complaints@smith-nephew.com

**Dostupnost produktu**

| Kód | Rozměry | Dostupnost |
|---|---|---|
| 66045560 | 7,5 cm x 7,5 cm | Krabice 50 ks |
| 66045561 | 7,5 cm x 20 cm | Krabice 50 ks |
| 66045562 | 7,5 cm x 7,5 cm | Krabice 10 ks |
| 66045563 | 7,5 cm x 20 cm | Krabice 10 ks |
| 66045564 | 10 cm x 10 cm | Krabice 10 ks |
| 66045502 | 20 cm x 40 cm | Krabice 25 ks |
| 66045503 | 7,5 cm x 20 cm | Krabice 25 ks x 3 |

°Obchodní známky společnosti Smith+Nephew
Datum vydání 03/2024. Revize 01
Tento produkt může být chráněn jedním nebo více patenty USA
www.smith-nephew.com/patents

**NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU**
V jeho blízkosti nekuřte ani se s ním nepřibližujte k otevřenému ohni; oděvy a lůžkoviny, na kterých tento produkt zaschnul, se mohou snadno vznítit

HR

Smith+Nephew

# CUTICERIN◊

## Obloga sa slabim prianjanjem od uljnog tila

**Opis**
Obloge CUTICERIN° izrađene su od glatke acetatne tkanine s finom mrežicom koja je premazana slojem vodoodbojne masti.

**Način djelovanja**
Obloge CUTICERIN djeluju kao sloj za prekrivanje rane između rane i sekundarne obloge. Rijetko tkana struktura omogućuje prolazak ekssudata u upijajuću sekundarnu oblogu npr. MELOLIN°. Obloge su premazane mašću koja slabo prianja kako bi se smanjila bol tijekom zamjene i skidanja obloge.

**Indikacije**
Liječenje površinskih rana s ekssudatom kao što su:
- Opekline
- Ozljede izazvane zračenjem
- Abrazije
- Donorska mjesta transplantata djelomične debljine kože.

**Kontraindikacije**
Nemojte upotrebljavati na pacijentima koji su alergični na bilo koju komponentu:
- Vazelin
- Parafin
- Alkohol masti od vune.

**Mjere opreza**
Za sve ozbiljne rane i opekline ili u slučaju pojave crvenila ili nelagode odmah zatražite savjet liječnika. U slučaju postojanja sumnje, potražite savjet liječnika u vezi s ozbiljnošću rane.
Ako se jave znakovi iritacije ili osjetljivosti, obustavite primjenu i potražite savjet liječnika.
CUTICERIN obloge su proizvod za jednokratnu uporabu. Proizvod se ne smije ponovno upotrebljavati. Može doći do križne kontaminacije i terapija može biti neučinkovita. Otvaranjem vrećice s oblogom ugrožava se sterilna barijera, stoga se neuporabljene obloge ne smiju zadržati za kasniju upotrebu.
Izbjegavajte dodir s očima jer može uzrokovati iritaciju.
Opasnost od požara: Nemojte pušiti niti se približavati otvorenom plamenu; odjeća i posteljina na kojima je osušen ovaj proizvod mogu se lako zapaliti.
CUTICERIN obloge su namijenjene za uporabu od strane zdravstvenih djelatnika ili za uporabu od strane pacijenata pod vodstvom zdravstvenog djelatnika.
Ukoliko je potrebno, zdravstveni djelatnici trebaju pružiti odgovarajuće savjete pacijentima o tome kako primijeniti, pratiti, ukloniti i zbrinuti oblogu kako je detaljno opisano u ovom dokumentu.

**Upute za uporabu**
1. Očistite ranu u skladu s lokalnim kliničkim protokolima.
2. Odaberite odgovarajuću veličinu obloge i otvorite vrećicu.
3. Uz uporabu rukavica i pincete, oblogu položite preko rane tako da bude u izravnom dodiru s površinom rane.
4. Po potrebi primijenite sekundarnu upijajuću oblogu i učvrstite je na mjestu zavojem koji drži oblogu ili folijom za fiksiranje obloge.

**Uklanjanje obloge**
Učestalost mijenjanja ovisit će o kliničkim okolnostima i može varirati od više od jedne izmjene u toku dana do najviše tri dana, no obloga se mora ukloniti ako se počne sušiti. Ako se obloga zalijepi, natopite je sterilnom fiziološkom otopinom i nježno uklonite. Ukoliko se sekundarna obloga treba promijeniti, CUTICERIN obloge mogu ostati na rani pod uvjetom da su još uvijek vlažne. Prilikom skidanja ili mijenjanja, provjerite je li sav materijal obloge uklonjen s rane.
Pacijentima je potrebno pružiti odgovarajuće savjete o tome kako nakon otpusta pratiti oblogu te kada se obratiti zdravstvenom djelatniku.
Nakon uporabe odložite u otpad u skladu s lokalnim kliničkim protokolima ili je bacite na higijenski način.
Ako za vrijeme uporabe ovog proizvoda vjerujete da je došlo do pojave ozbiljnog štetnog događaja, prijavite ga proizvođaču i nadležnom tijelu.
complaints@smith-nephew.com

**Raspoložive veličine i pakiranja**

| Kod | Veličina | Dostupnost |
|---|---|---|
| 66045560 | 7,5 cm x 7,5 cm | Kutija od 50 kom. |
| 66045561 | 7,5 cm x 20 cm | Kutija od 50 kom. |
| 66045562 | 7,5 cm x 7,5 cm | Kutija od 10 kom. |
| 66045563 | 7,5 cm x 20 cm | Kutija od 10 kom. |
| 66045564 | 10 cm x 10 cm | Kutija od 10 kom. |
| 66045502 | 20 cm x 40 cm | Kutija od 25 kom. |
| 66045503 | 7,5 cm x 20 cm | Kutija od 25 x 3 |

°Trgovački znakovi društva Smith+Nephew
Datum izdavanja 03/2024. Revizija 01
Ovaj proizvod može obuhvaćati jedan ili više američkih patenata
www.smith-nephew.com/patents

**OPASNOST OD POŽARA**
Nemojte pušiti niti se približavati otvorenom plamenu; odjeća i posteljina na kojima je osušen ovaj proizvod mogu se lako zapaliti

EE

Smith+Nephew

# CUTICERIN◊

## Madala kleepuvusega salviga tüllplaaster

**Kirjeldus**
Sidemed CUTICERIN° on valmistatud siledast atsetaatkangast, millel on peen võrk ja vetthülgav salviga plaaster.

**Toimemehhanism**
Plaastrid CUTICERIN toimivad haava ja sekundaarse sideme vahelise haavavõrguna. Avatud kudumiga struktuur võimaldab eksudaadil liikuda imavasse sekundaarsesse sidemesse, nt MELOLIN°. Plaastrid on kaetud madala kleepuvusega salviga, et vähendada valu plaastri vahetamise ja eemaldamise ajal.

**Näidustused**
Pindmiste eksudeerivate haavade ravi, näiteks:
- põletused,
- kiirgusvigastused,
- marrastused,
- poolitatud pa